

Zielonka, 04.09.2012 r.

PWiK/STp/12/2/2012

Wyjaśnienia do przetargu PWiK/STp/12/2012
(nr BZP 323896-2012 z dnia 30.08.2012r.)

W dniu 31.08.2012 r. do Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. wpłynęło zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego pn.: „Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem i sporządzaniem sprawozdań z badań wody, ścieków i wód popłucznych” o następującej treści:

Czy akceptują Państwo parametry bez akredytacji (ale z decyzją sanepidu)? (np. smak/zapach w wodzie)

Proszę o informację, czy akceptują Państwo w ściekach parametry bez akredytacji:

- węglowodory ropopochodne
- substancje ekstrahujące się eterem naftowym

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkie oznaczenia parametrów w badanej wodzie i ściekach powinny być przeprowadzone przez laboratorium posiadające Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego lub innego równoważnego ośrodka akredytacji, potwierdzającego spełnianie postanowień normy PN:EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie akredytacji laboratorium.

Prezes Zarządu
(-) Janusz Lewicki